





基準寸法の区分		公差等級			
		f	m	c	v
		精級	中級	粗級	極粗級
	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
6を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
30を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
120を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
400を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
1000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
2000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8



質量：約21.5kg

質量：約31.1kg

日付	2005.02.25	名称
尺度		計測部試験器 寸法図
符号		

津田電気計器
株式会社

電源部 型式: TLX-4P、TLX-5P
リアケル部 型式: TLX-4L、TLX-5L
図番 FTJ00018 B

単位: mm